

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodorotlenek w etanolu - roztwór mianowany 0,1 mol/dm<sup>3</sup>**  
Potassium hydroxide in ethyl alcohol - standard solution 0,1 mol/dm<sup>3</sup>

Miano potasu wodorotlenku w etanolu wynosi 0,1002 mol/dm<sup>3</sup>  
i mieści się w granicach normy (0,0996 - 0,1004 mol/dm<sup>3</sup>)



Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 10 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: