FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Potasu wodorotlenek w propanolu r-r mianowany 0,1 mol/dm³

Potassium hydroxide in propanol standard solution 0,1 mol/dm³

Miano roztworu potasu wodorotlenku w propanolu wynosi 0,0999 mol/dm³
i mieści się w granicach normy (0,0996 - 0,1004 mol/dm³)

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20ºC

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: