

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodorotlenek w etanolu
roztwór mianowany 2 mol/dm³ (2N)**

Nr kat. 817468028

Odbiorca:


Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 3 miesiące od daty nadania
serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna do żółtej, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	1,992 – 2,008mol/dm ³	2,000mol/dm ³

Partia:



Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.