

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu chlorek roztwór mianowany 0,25 mol/dm³
Sodium chloride standard solution 0,25 mol/dm³

Miano roztworu sodu chlorku wynosi 0,2498 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,249 - 0,251 mol/dm³)

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: