

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Sodu cytrynian roztwór mainowany 0,1 mol/dm<sup>3</sup>** Sodium citrate standard solution 0,1 mol/dm<sup>3</sup>

Miano roztworu sodu cytrynianu wynosi 0,0998 mol/dm<sup>3</sup> i mieści się  
w granicach normy (0,0996 - 0,1004 mol/dm<sup>3</sup>)

  
**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: