


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-Sodu wersenian roztwór mianowany 0,02 mol/dm³ (0,04N)
di-Sodium wersenate standard solution 0,02 mol/dm³ (0,04N)

Miano roztworu sodu wersenianu wynosi 0,01998 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,01992 - 0,02008 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: