

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41


Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 0,01 mol/dm³ (0,01N)

Sodium hydroxide standard solution 0,01 mol/dm³ (0,01N)

Miano roztworu sodu wodorotlenku wynosi 0,00998 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,00996 - 0,01004 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

**DO USTALANIA MIANA ROZTWORU WYKORZYSTANO, JAKO WSKAŹNIK,
ALKOHOŁOWY ROZWÓR FENOLOFTALEINY.**

BADANIE NIE UWZGLĘDNIŁO ZAWARTOŚCI WĘGLANÓW.

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: