

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 4 mol/dm³ Sodium hydroxide standard solution 4 mol/dm³

Miano roztworu sodu wodorotlenku wynosi 3,998 mol/ dm³ i mieści się
w granicach normy (3,984 - 4,016 mol/dm³)

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

**DO USTALANIA MIANA ROZTWORU WYKORZYSTANO, JAKO WSKAŹNIK,
ALKOHOLOWY ROZWÓR FENOLOFTALEINY.
BADANIE NIE UWZGLĘDNIĄ ZAWARTOŚCI WĘGLANÓW.**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: