FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wapnia chlorek roztwór mianowany 0,01 mol/dm³

Calcium chloride standard solution 0,01 mol/dm³

Miano roztworu wapnia chlorku wynosi 0,00997 mol/dm³ i mieści się w granicach normy (0,00996 - 0,01004 mol/dm³)

CHEMPUR®

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20ºC

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: