


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wapnia chlorek roztwór mianowany 0,02 mol/dm³

Calcium chloride standard solution 0,02 mol/dm³

Miano roztworu wapnia chlorku wynosi 0,01997 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,01992 - 0,02008 mol/dm³) 

MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: