

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Woda destylowana demi.

(2. stopień czystości)

Nr kat. 524912017

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii,
w opakowaniu szczelnie zamkniętym, bez dostępu
powietrza

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Kwasowość lub zasadowość	wg przepisu	zgodny
Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego	max. 1mg/l	zgodny
Chlorki (Cl)	wg przepisu	zgodny
Siarczany (SO ₄)	wg przepisu	zgodny
Węglany	max. 100mg/l	zgodny
Związki wapnia i magnezu	wg przepisu	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	wg przepisu	zgodny
Przewodność elektrolityczna właściwa* (20°C)	max. 0,1mS/m (max. 1μS/cm)	0,1mS/m (1μS/cm)*

Partia:

*Przewodność elektrolityczna właściwa wody gwarantowana przy odpowiednim przechowywaniu wody
w pojemniku szczelnie zamkniętym

*Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń
powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców
oraz na podstawie wrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te zastępują
badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.