

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Woda o stopniu czystości 2
zgodna z normą EN ISO 3696
Nr kat. 524912027

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
pH (25°C)	nie ma zastosowania	—
Przewodność elektrolityczna właściwa (25°C)	0,1mS/m	zgodny
Zawartość substancji podatnych na utlenienie	0,08mg/l(O)	zgodny
Absorbancja (254nm, 1cm)	0,01	zgodny
Pozostałość po odparowaniu (110°C)	1mg/kg	zgodny
Zawartość krzemionki (SiO ₂)	0,02mg/l	zgodny

Partia:

Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.