

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

2-propanol do chromatografii HPLC

Gatunek: HPLC Gradient Grade

Nr kat. 617515013

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,99%
Tożsamość (IR)	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 2,0 mg/l	1,2 mg/l
Woda	max. 0,05%	0,02%
Kwasowość	max. 0,0002 meq/g	0,0002 meq/g
Zasadowość	max. 0,0002 meq/g	0,0001 meq/g
<u>Test gradientowy (235 nm):</u>		
Największy pik	max. 1,0 mAU	0,8 mAU
<u>Test gradientowy (254 nm):</u>		
Największy pik	max. 1,0 mAU	0,9 mAU
<u>UV - transmisja (1 cm, woda)</u>		
220 nm	min. 80,0%	81,8%
230 nm	min. 90,0%	91,5%
250 nm	min. 99,0%	99,6%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.