

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

2-propanol
Gatunek: UHPLC
Nr kat. 617515011

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|---|---------------------------|--------------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
| Zawartość (GC) | min. 99,9% | 99,98% |
| Woda (KF) | max. 0,05% | 0,02% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g | 0,0002 meq/g |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,0005% | 0,0002% |
| <u>UV - absorbancja (1cm, woda):</u> | | |
| 210nm | max.. 0,50 | 0,35 |
| 220nm | max. 0,10 | 0,10 |
| 230nm | max. 0,05 | 0,04 |
| 254nm | max. 0,005 | 0,002 |
| <u>Fluorescencja (j. chinina)</u> | | |
| 254nm | max. 1ppb | zgodny |
| 365nm | max. 1ppb | zgodny |
| Test gradientowy (235 nm) | max. 1 mAU | 0,9 mAU |
| Test gradientowy (254 nm) | max. 1 mAU | 0,8 mAU |
| Filtracja (0,2µm) | | |

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.