

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Aceton GC do analizy pozostałości pestycydów

Gatunek: do chromatografii gazowej (GC)
Nr kat. 611024802

Odbiorca:


Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,8%	99,95%
Substancje nietłotne	max. 0,0005%	0,0005%
Woda (KF)	max. 0,2%	0,17%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0002meq/g
Interferencje pików spowodowane zanieczyszczeniami oznaczane jako:		
• lindan (GC/ECD)	max. 5ng/l	odpowiada
• lub paration (GC/NPD)	max. 10ng/l	

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.