

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Aceton

Gatunek: do chromatografii HPLC GR  
Nr kat. 611024809

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,8%	99,95%
Woda (KF)	max. 0,2%	0,17%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0002meq/g
Substancje nielotne	max. 0,0005%	0,0005%

### UV - transmisja (1cm, woda)

335nm	min. 50,0%	65,5%
340nm	min. 85,0%	87,4%
350nm	min. 98,0%	98,2%
355nm	min. 99,0%	99,4%

### Test gradientowy (345nm):

Największy pik	max. 3mAU	1,5mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15mAU	9mAU

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.