

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Aceton

Gatunek: UHPLC
Nr kat.: 611024810

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,9%	99,95%
Woda (KF)	max. 0,2%	0,17%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0005 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0005%
<u>UV - absorbancja (1cm, woda)</u>		
330nm	max. 1,0	0,7
340nm	max. 0,06	0,05
400 – 350nm	max. 0,01	0,006
Test gradientowy (345nm)	max. 3mAU	2mAU
Filtracja (0,2µm)		

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.