

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Benzen

Gatunek: do chromatografii HPLC GR
Nr kat. 611599405

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,89%
Substancje nietlote	max. 0,0002%	0,0001%
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,0005%	0,0004%
Wolne zasady (j. NH ₃)	max. 0,0002%	0,0001%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,02%
<u>UV - transmisja (kuweta 1 cm):</u>		
280 nm	min. 25,0%	25,8%
290 nm	min. 80,0%	82,8%
340 nm	min. 98,0%	98,8%
<u>Test gradientowy (310 nm):</u>		
Największy pik	max. 3 mAU	1,2 mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	7 mAU

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.