

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Benzen

Gatunek: do spektroskopii

Nr kat. 611599404

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,89%
Substancje nietłotne	max. 0,0005%	0,0004%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,01%
Barwa	max. 10 j. Hz	3 j. Hz
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Zasadowość	max. 0,0002 meq/g	0,0001 meq/g
<u>UV – transmisja (kuweta 1cm)</u>		
280 nm	min. 10,0%	22,1%
283 nm	min. 50,0%	52,6%
290 nm	min. 80,0%	82,8%
300 nm	min. 90,0%	93,4%
powyżej 340 nm	min. 98,0%	98,5%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.