

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Cezu chlorek - glinu azotan roztwór według Schuhkneta i Schinkela

Gatunek: cz.d.a., do ASA
Nr kat. 521860800

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Cezu chlorek	wg przepisu	zgodny
Glinu azotan 9hydrat	wg przepisu	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 1,14 g/cm ³	1,14 g/cm ³
pH (H ₂ O, 20°C)	2,50±0,02	2,504
K (Potas)	max. 1 mg/l	<1 mg/l
Li (Lit)	max. 1 mg/l	<1 mg/l
Na (Sód)	max. 5 mg/l	<5 mg/l

Partia:

Roztwór do oznaczania litu, potasu i sodu metodą spektrometrii płomieniowej.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.