

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Chloroform do spektroskopii

(stabilizowany amylenem)

Gatunek: do spektroskopii

Nr kat. 612344307

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,0%	99,9%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,0009%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0004 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0005%
<u>UV absorbancja (1cm, H₂O):</u>		
245 nm	max. 1,0	0,8
250 nm	max. 0,5	0,3
260 nm	max. 0,1	0,06
270 nm	max. 0,02	0,01
280 nm	max. 0,01	0,008
Amylen	~ 50 ppm	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.