

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-Sodu wersenian roztwór
mianowany 0,1mol/dm³ (0,2N)
(z odniesieniem do SRM z NIST)
Nr kat. 818798127

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004mol/dm ³	0,1001mol/dm ³

Partia:



Stężenie roztworu di-sodu wersenianu jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST (National Institute of Standards and Technology).