

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

di-Sodu wersenian bezwodny

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 118798203

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	biały krystaliczny proszek	
Zawartość	min. 99,0%	99,7%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,004%
pH (5%, 20°C)	4,0 – 5,0	4,35
Chlorki (Cl)	max. 0,004%	0,004%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,004%
Cu (Miedź)	max. 0,001%	0,0008%
Fe (Żelazo)	max. 0,0005%	0,0005%
Pb (Ołów)	max. 0,001%	<0,0005%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.