

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Dimetylu sulfotlenek do spektroskopii

Gatunek: do spektroskopii
Nr kat. 613635509

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,5%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,05%	0,05%
Kwasowość Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005meq/g max. 0,001%	0,0003meq/g 0,0004%
<u>UV transmisja (1cm, H₂O):</u>		
300nm	min. 80,0%	81,0%
330nm	min. 90,0%	92,5%
340nm	min. 95,0%	96,3%
350nm	min. 98,0%	98,2%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.