

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI


Etylu octan do spektroskopii

Gatunek: do spektroskopii
Nr kat. 614050304

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,92%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,02%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0029meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<u>UV – transmisja (1cm, woda):</u>		
255nm	min. 20,0%	65,1%
260nm	min. 75,0%	88,3%
270nm	min. 98,0%	98,4%

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.