

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

n-Heksan 99%

Gatunek: do chromatografii HPLC GR Grade
Nr kat. 614663201

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,0%	99,21%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,008%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0004 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0005%
<u>UV absorbancja (1cm, H₂O)</u>		
210 nm	max. 0,30	0,25
220 nm	max. 0,10	0,086
230 nm	max. 0,05	0,047
240 nm	max. 0,03	0,023
250-400nm	max. 0,015	0,009
<u>Test gradientowy (220 nm):</u>		
Największy pik	max. 2 mAU	zgodny
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.