

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **n-Heksan 99%**

Gatunek: do spektroskopii  
Nr kat. 614663203

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,0%	99,21%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,008%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0004meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0005%
<b><u>UV - transmisja (1 cm, woda)</u></b>		
210nm	min. 60,0%	62,3%
220nm	min. 85,0%	86,8%
240nm	min. 95,0%	95,8%
250nm	min. 98,0%	98,6%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.