

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Kalceina

Nr kat. 234983604

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	pomarańczowy, krystaliczny proszek	
Molowy współczynnik absorpcji: E (pH 4,6; 495*5nm)	min. 21000	zgodny
Wilgoć	max. 5%	zgodny
Czułość na jony wapnia	wg przepisu	zgodny
Jednorodność chromatograficzna (TLC)	wg przepisu	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	max. 42%	zgodny
Wolna fluoresceina	max. 6%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.