

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Kalces (postać kwasowa)**

Gatunek: wskaźnik  
Nr kat. 234984006

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	czarny, drobnokrystaliczny proszek	
Maximum absorpcji	569 – 572nm	zgodny
Procentowy współczynnik absorpcji: (1%; 1cm; 569 – 572nm)	250 – 400	zgodny
Straty po suszeniu (105+/-5°C)	max. 9,0%	zgodny
Czułość na jony wapnia	min. 0,0000005g/ml	zgodny
Przydatność do oznaczania jonów (Ca)	wg przepisu	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.