

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Ksylen GC-MS *(mieszanina izomerów)*

Gatunek: GC-MS
Nr kat. 615208608

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna ciecz	
Zawartość węglowodorów C ₈	min. 98,5%	99,93%
Woda	max. 0,02%	0,0038%
Barwa	max. 10 j. Hz	5 j. Hz
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0003 meq/g
Ca (Wapń)	max. 0,5ppm	zgodny
K (Potas)	max. 0,5ppm	zgodny
Mg (Magnez)	max. 0,5ppm	zgodny
Na (Sód)	max. 0,5ppm	zgodny

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.