

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy roztwór  
mianowany 0,1275 mol/dm<sup>3</sup>**  
Nr kat. 805313213

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,12699 – 0,12801 mol/dm <sup>3</sup>	0,1278 mol/dm <sup>3</sup>

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.