

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 00000436

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas chlorowodorowy roztwór 10%

Gatunek: cz.

Nr kat. 425752838

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	10,0%±0,5%	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 1,048 g/cm ³	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,0005%	zgodny
Siarczyny (SO ₃)	max. 0,001%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%	zgodny
As (Arsen)	max. 0,00001%	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,0003%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.