

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy
w metanolu - roztwór mianowany
3mol/dm³ (3N)**
Nr kat. 805313205

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	2,988 – 3,012 mol/dm ³	3,004 mol/dm ³

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.