

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy
w metanolu - roztwór mianowany
3 mol/dm³ (3N)**
Nr kat. 805313205

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	2,988 – 3,012 mol/dm ³	3,006 mol/dm ³
Niepewność rozszerzona stężenia molowego:	± 0,07%	

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.