

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas siarkowy(VI) roztwór  
mianowany 0,05mol/dm<sup>3</sup> z  
odniesieniem do SRM z NIST**  
Nr kat. 815749646

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0498 – 0,0502mol/dm <sup>3</sup>	0,0498mol/dm <sup>3</sup>

Partia:

*Stężenie roztworu mianowanego jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST*

**CHEMPUR**<sup>®</sup>

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.