

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas siarkowy(VI) roztwór
mianowany 1mol/dm³ (2N)**
z odniesieniem do SRM z NIST
Nr kat. 815749649

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,996 – 1,004mol/dm ³	1,002mol/dm ³

Partia:

Stężenie roztworu mianowanego jest wyznaczone względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.