


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu wodorotlenek w 2-propanolu -
roztwór mianowany 0,01 mol/dm³**
Nr kat. 817468035

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 21 dni od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	klarowny roztwór, bezbarwny lub o lekko żółtym bądź lekko różowym zabarwieniu	
Miano roztworu (20°C)	0,00996 – 0,01004 mol/dm ³	0,01000 mol/dm ³

Partia:


Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.