

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu węglan cz. Ammonium carbonate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Amoniak (NH ₃)	min. 30%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	max. 0,2%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO ₄)	max. 0,01%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,001%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,002%	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: