

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Acetonitryl HPLC

Acetonitrile HPLC

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,9%
Substancje nietlotne	max. 0,0005%	0,0001%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,008%
Wolne kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g

UV – transmisja (1cm, woda):

240 nm	min. 98%	98,6%
250 nm	min. 99%	99,5%

Fluorescencja (j. chinina):

254 nm	max. 1 ppb	0,9 ppb
365 nm	max. 1 ppb	1,0 ppb

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: