

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Balsam kanadyjski do mikroskopii

Nr kat. 591571602

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Współcz. załamania światła (20°C)	1,522 ÷ 1,530	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 0,98 g/cm ³	zgodny

Partia:

