

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Baru chromian cz. Barium chromate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98,0%	zgodny
Subst. nierozpuszczalne w HCl	max. 0,2%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,1%	zgodny
Węglany (CO ₃)	max. 0,08%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,006%	zgodny
Rozpuszczalne chromiany (j. CrO ₃)	max. 0,1%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	żółty, krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: