

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Błękit bromotymolowy roztwór 0,5% w etanolu** Bromothymol blue solution 0,1% in ethanol

#### wymagania

#### wynik badania

Zawartość barwnika podstawowego

ok. 5 g/l

Zmiana barwy w zakresie pH

5,8 ÷ 7,6 (żółta → niebieska)

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: