

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Czerwień obojętna 0,1% w etanolu** Neutral red 0,1 % in ethanol

	<u>wymagania:</u>	<u>wynik badania:</u>
Zawartość	0,1 ± 0,01%	0,99%

#### Zmiana barwy w zakresie pH:

Czerwona	min. 6,8	zgodny
Pomarańczowa	min. 8,0	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: