

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1,2 – dichloroetan do HPLC

Gatunek: do chromatografii HPLC

Nr kat. 613192005

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,9%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,006%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0005 meq/g
Substancje nietlotne	max. 0,0005%	0,0001%
<u>UV – Transmisja (1 cm, woda)</u>		
250 nm	min. 50,0%	50,4%
260 nm	min. 95,0%	95,2%
280 nm	min. 98,0%	98,1%
300 nm	min. 99,0%	99,1%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.