

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Dichlorometan do chromatografii HPLC Dichloromethane for chromatography HPLC

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,8%	99,95%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,006%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,00015%

UV – transmisja (1 cm, woda)

235 nm	min. 40%	40,2%
240 nm	min. 75%	75,6%
250 nm	min. 98%	98,3%
260 nm	min. 99%	99,4%

Fluorescencja (j. chinina)

254 nm	max. 1 ppb	0,95 ppb
365 nm	max. 1 ppb	0,98 ppb
Stabilizator (amylen)		~20 ppm

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: