

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1,4-Dioksan cz.d.a 1,4-Dioxan pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Gęstość (20°C)	1,032 -1,034 g/ml	1,033 g/ml
Temperatura krystalizacji	min. 11°C	12°C
Współ. załamania światła (20°C)	1,420 -1,424	1,423
Woda	max. 0,2%	0,16%
Wolne kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,005%	0,0043%
Acetal	max. 0,5%	0,42%
Nadtlenki (j. H ₂ O ₂)	max. 0,005%	0,0043%
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,005%	0,0038%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: