

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Izooktan do chromatografii HPLC Isooctane for chromatography HPLC

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (GC)	min. 99,5%	99,5%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,0085%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,00022 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<u>UV - transmisja (1cm, woda):</u>		
220 nm	min. 80%	81,1%
230 nm	min. 95%	95,2%
240 nm	min. 98%	98,1%
250 nm	min. 99%	99,6%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia:

Dokument generowany elektronicznie, ważny bez podpisu i pieczętki.