

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kobaltu (II) chlorek bezwodny cz.

Cobalt (II) chloride anhydrous pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (argentometrycznie)	max. 98%	zgodny
Woda (KF)	max. 2%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	jasno-niebieski proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: