

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas octowy roztwór 6% cz.d.a.

Acetic acid solution 6% pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	6 ± 0,1%	6,02%
Gęstość (20°C)	ok. 1,0069 g/ml	
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,002%	0,001%
Chlorki (Cl)	max. 0,0002%	0,00008%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,0003%	0,0002%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0001%	0,00005%
Żelazo (Fe)	max. 0,0001%	0,000095%
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: