

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Sodu chlorek roztwór 1%

Nr kat. 527941205

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|-------------------|---------------------------|--------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
| Zawartość | 1,0%±0,2% | zgodny |
| Gęstość (20°C) | ok. 1,005 g/ml | zgodny |

Partia:



Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.